

dotyczy : postępowania nr 2/DA/TR/2025

Legalizacja ponowna ciepłomierzy i ich elementów w roku 2025

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

Pytanie nr 1 z dnia 14.02.2025.

Proszę o potwierdzenie czy usługa legalizacji ma obejmować również wymianę baterii zasilającej w ciepłomierzach, czy nie.

Odpowiedź na pytanie nr 1 z dnia 14.02.2025

Usługa legalizacji ma NIE obejmować wymiany baterii zasilającej w ciepłomierzach.

Odpowiedzi podane w tej informacji są obowiązujące dla wszystkich Wykonawców zamierzających złożyć ofertę w niniejszym postępowaniu.

Zatwierdził

Rafał Binięda - Prezes Zarządu