

Warszawa, dn. 29 stycznia 2025 r.

ADZ.261.41.2024

Wykonawcy
– uczestnicy postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości powyżej progów unijnych realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem są: „Dostawy sprzętu związanego z hodowlą zwierząt: Fabrycznie nowa, zaawansowana, wielofunkcyjna platforma do badań metabolicznych, behawioralnych i fizjologicznych u myszy KPO14” (znak sprawy ADZ.261.41.2024).

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, jako Zamawiający, działając na podstawie art. 253 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320), zwanej dalej „ustawą”, niniejszym zawiadamia o wynikach postępowania.

OFERTY ZŁOŻONE PRZEZ WYKONAWCÓW ORAZ ICH OCENA

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęła jedna oferta, która została oceniona przez Zamawiającego zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia („SWZ”). Szczegóły dotyczące złożonej oferty oraz wynik ich badania znajdują się poniżej:

Numer oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena brutto (PLN)	Pkt w kryterium cena (45 pkt)	Parametry techniczne (TAK/NIE)	Pkt w kryterium parametry techniczne (47 pkt)	Termin realizacji (TYGODNIE)	Pkt Termin realizacji (8 pkt)	Suma
1.	Sable Systems Europe GmbH, 12459 Berlin, Ostendstr. 25, Republika Federalna Niemiec (RFN)	2 562 090,00	45,00	Szczegółowy opis znajduje się w załączniku	47,00	8 tygodni	8,00	100,00

WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Zgodnie z postanowieniami SWZ, Zamawiający w wyniku dokonanego badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu uznał za najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy:

Sable Systems Europe GmbH, 12459 Berlin, Ostendstr. 25, Republika Federalna Niemiec (RFN), z ceną oferty 2 562 090,00 zł brutto, jako oferty która zdobyła najwyższą ocenę punktową – 100,00 punktów, a Wykonawca wykazał spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania.

UZASADNIENIE FAKTYCZNE:

Wykonawca ubiegający się o zamówienie wykazał brak podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełnił warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu i otrzymała największą liczbę punktów w ramach kryteriów oceny ofert.

UZASADNIENIE PRAWNE:

Zgodnie z art. 239 ustawy PZP „Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia”.



KRAJOWY
PLAN
ODBUDOWY



Rzeczpospolita
Polska

Sfinansowane przez
Unię Europejską
NextGenerationEU



ZAŁĄCZNIK DO PROTOKOŁU KOMISJI Z DNIA 29.01.2025 r.

L.P.	OPIS PODKRYTERIÓW W RAMACH KRYTERIÓW OCENY OFERT - "PARAMETRY TECHNICZNE"	PARAMETRY TECHNICZNE (TAK/NIE)	DOKŁADNA LICZBA JEŻELI DOTYCZY	JEŻELI TAK LICZBA PKT
1.	System fenotypowania musi mierzyć wszystkie wymienione w punkcie 2 powyżej parametry bez przerwy przez dłuższy czas, tj. co najmniej 7 dni. 7-13 dni - 0 pkt 14 dni i więcej - 2 pkt	TAK	14 DNI	2
2.	Przez cały czas trwania pomiaru, przy ustawieniach standardowych systemu, wymagana jest stała czasowa klatki (objętość klatki/prędkość przepływu powietrza) nie większa niż 20 minut 20 min- 5 min - 0 pkt 4 min lub mniej - 3 pkt	TAK	4 MIN	3
3.	Dno klatki, jak również pokrywa, pojemnik na pokarm, wodę i do pomiaru masy ciała oraz koła do monitorowania dobrowolnych ćwiczeń muszą być w pełni autoklawowalne w temperaturze 121 °C przez co najmniej 150 cykli, łącznie ze wszystkimi elementami, które są do nich na stałe przymocowane, aby umożliwić łatwe przenoszenie, czyszczenie i sterylizację. NIE - 0 pkt TAK - 3 pkt	TAK	ND	3
4.	Wszystkie elementy systemu fenotypowania (z wyjątkiem butli z gazem kalibracyjnym i komputera z monitorem) powinny być przymocowane do szafy termostatycznej. NIE – 0 pkt TAK – 2 pkt	TAK	ND	2
5.	System fenotypowania powinien być elastyczny - jego elementy składowe - co najmniej analizatory gazu, generatory przepływu i jednostka akwizycji danych - muszą umożliwiać stosowanie różnych typów klatek (co najmniej klatki otwarte, klatki IVC i klatki izolowane) dla myszy, bez modyfikacji elementów wewnętrznych. NIE – 0 pkt TAK – 2 pkt	TAK	ND	2
6.	System fenotypowania powinien być wyposażony w komponenty, które w przypadku awarii elementów elektronicznych - zarówno "zewnętrznych", na przykład monitorów wagi przerwania wiązki itp. jak i "wewnętrznych", na przykład czujników gazu lub przepływomierzy/sterowników - mają być w pełni wymienne na miejscu, bez konieczności anulowania lub przerwania trwającego eksperymentu. NIE – 0 pkt TAK – 3 pkt	TAK	ND	3
7.	System fenotypowania mierzący ciśnienie pary wodnej (WVP) w respirometrii przepływowej i wykorzystujący go w obliczeniach VO2 i VCO2, a także do obliczania wydatków energetycznych i RER, z czujnikiem ciśnienia pary wodnej o rozdzielczości $\geq 0,0001$ kPa NIE – 0 pkt TAK – 9 pkt	TAK	ND	9
8.	Dla myszy pojemnik do monitorowania w formie habitatu posiadającego przeźroczyste lub częściowo przeźroczyste ciemno-czerwone ściany z tworzywa sztucznego, może zawierać elementy metalowe, przy czym jedna płaszczyzna musi pozostać pusta dla wejścia myszy. Dorosła mysz musi w pełni zmieścić się w habitacie, wobec tego powierzchnia jego podłogi musi wynosić co najmniej 40 cm ² . NIE – 0 pkt TAK – 7 pkt	TAK	ND	7
9.	System fenotypowania musi mieć możliwość włączenia do sieci z możliwością dostępu zdalnego, bez potrzeby dostępu do dołączonego komputera, co pozwala na łatwy nadzór, rozwiązywanie problemów i zarządzanie danymi zarówno w siedzibie, jak i poza nią. NIE – 0 pkt TAK – 4 pkt	TAK	ND	4
10.	Serwis merytoryczny wykonywany przez osobę z minimum 3 letnim doświadczeniem w pracy z systemem objętym przedmiotem zamówienia z wykorzystaniem modelu badawczego jakim są gryzonie w szczególności w obszarze fizjologii gryzoni, wyznaczoną przez Wykonawcę (będącą w jego zasobach osobowych) do realizacji serwisu merytorycznego na rzecz Zamawiającego przez cały okres trwania gwarancji jakości i rękojmi za wady. Serwis musi obejmować w łącznym wymiarze do 30 godzin w okresie trwania gwarancji jakości i rękojmi za wady. Wymagane jest wsparcie Zamawiającego na miejscu lub zdalnie w zależności od potrzeb Zamawiającego. W ramach swojego serwisu wyznaczona przez Wykonawcę osoba będzie udzielała wsparcia w analizie danych i próby	TAK	ND	10



	ich interpretacji w celu weryfikacji poprawności funkcjonowania systemu. NIE – 0 pkt TAK – 10 pkt			
11.	Osoba wykonująca serwis merytoryczny, wskazana w punkcie powyżej posiada wykształcenie w stopniu naukowym minimum doktora nauk biologicznych z zakresu fizjologii zwierząt NIE – 0 pkt TAK – 2 pkt UWAGA, w przypadku gdy wskazana zostanie inna osoba niż w punkcie 2, wykonawca uzyska 0 punktów.	TAK	ND	2

