

Warszawa, 9 grudnia 2024 r.

ADZ.261.37.2024

**Wykonawcy –
uczestnicy postępowania**

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości powyżej progów unijnych realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem są: „Dostawy sprzętu laboratoryjnego: Zakup dostawa i instalacja urządzeń do mikromanipulacji w podziale na 2 zadania KPO11” (znak sprawy: ADZ.261.37.2024).

W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy, w sprawie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia („SWZ”), Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, zwany dalej Zamawiającym, na mocy art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą” udziela poniższych wyjaśnień. oraz działając na podstawie art. 137 ustawy dokonuje zmiany treści SWZ.

W przypadku, gdy udzielona w ramach wyjaśnień odpowiedź pozostaje w sprzeczności z postanowieniami SWZ lub też precyzuje lub uzupełnia postanowienia SWZ, należy przyjąć, że stanowi ona zmianę SWZ dokonaną przez Zamawiającego i będzie stanowiła podstawę dla oceny zgodności oferty z SWZ, przy czym w przypadku gdy:

1. Postanowienia odpowiedzi są sprzeczne z postanowieniami SWZ, za obowiązującą w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi.
2. Postanowienia odpowiedzi precyzują lub uzupełniają postanowienia SWZ za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi wraz z dotychczasową treścią SWZ.

Pytanie 1.

W ramach przedmiotowych środków dowodowych zamawiający wymaga:

„Zamawiający wymaga wniesienia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych wyłącznie w przypadku składania oferty na zadanie nr 2:

2. Zrzut ekranu ze strony cpubenchmark.net/cpu_list.php

Potwierdzający uzyskanie przez procesor komputera stacjonarnego przeznaczonego do obsługi aparatury naukowej co najmniej 30,769 punktów w teście PassMark CPU Mark.”

Czy dopuszczą Państwo komputer stacjonarny, którego procesor w teście benchmark osiąga 30752 punktów?

Należy w tym miejscu zauważyć, że różnica między wymaganym parametrem wymaganym w SIWZ a parametrem oferowanym nie ma wpływu na zakres w jakim komputer miał by być wykorzystywany.

Odpowiedź na pytanie 1.

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie, tym samym dokonuje zmiany treści SWZ w następującym zakresie:

Punkt I. PARAMETRY WYMAGANE ELEMENTY ZESTAWU: Zestaw składa się fabrycznie nowych, nie używanych poniższych elementów, w punkcie 5. otrzymuje brzmienie:

5.	Komputer stacjonarny z ekranem umożliwiający wykonywanie zdjęć oraz nagrywanie filmów w wysokiej rozdzielczości, przeznaczony do obsługi aparatury naukowej. Wymagania dotyczące komputera: 1. Procesor Procesor wysokiej wydajności, dostosowany do wymagań biurowych i dużego obciążenia. Procesor powinien osiągać co najmniej 30,700 punktów w teście PassMark CPU Mark dostępnym na stronie internetowej: https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php Wynik ma być aktualny, tj. nie może być to raport wygenerowany przed publikacją ogłoszenia o zamówieniu w ramach niniejszego postępowania) – należy dostarczyć zrzut ekranu ze strony wraz z ofertą, jako przedmiotowy środek dowodowy. 2. Pamięć operacyjna (RAM) Minimum 16 GB DDR4 lub nowszej, z możliwością rozszerzenia do co najmniej 64GB. 3. Dysk twardy Dysk SSD o pojemności minimum 512 GB w technologii NVMe. 4. Karta graficzna Zintegrowana karta graficzna wspierająca rozdzielczość Full HD i obsługująca wyświetlacze o rozdzielczości minimum 1920x1080 pikseli. 5. Karta sieciowa Karta sieciowa LAN o przepustowości 1 Gbps. 6. Obudowa i zasilanie Obudowa typu Tower (TWR). Zasilacz o mocy minimum 180 W, dostosowany do efektywnego zarządzania energią. 7. Złącza • Minimum 4 złączy USB (w tym minimum 1 port USB 3.0 lub nowszy). • Złącze HDMI oraz VGA(D-sub). • Wyjście słuchawkowe i wejście mikrofonowe. • Port RJ-45. 8. System operacyjny System operacyjny Windows 10 Professional lub równoważny z licencją umożliwiającą korzystanie w środowisku firmowym oraz aktualizacje zabezpieczeń.
----	--

Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Załącznik nr 3 po zmianie z dn. 09.12.2024 r. stanowi załącznik do niniejszego pisma.