

Znak sprawy: **DA.2611.8.2025**  
telefon: (17) 86-76-239 Piotr Rachwał  
e-mail: [zamowienia.publiczne@rarr.rzeszow.pl](mailto:zamowienia.publiczne@rarr.rzeszow.pl)  
Strona internetowa prowadzonego postępowania:  
<https://platformazakupowa.pl/transakcja/1046867>

### Na stronę internetową prowadzonego postępowania

Zamawiający: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna  
Dotyczy: zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez możliwości prowadzenia negocjacji (zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych – Dz. U. 2024, poz. 1320) na realizację zadania pn. **Dostawa kamer termowizyjnych wraz ze szkoleniem z ich obsługi.**

### Wyjaśnienia nr 1 treści SWZ nr DA.2611.8.2025

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2024 r., poz. 1320) Zamawiający przekazuje treść zapytań i wyjaśnienia do SWZ:

#### Pytanie nr 1:

Dotyczy: zapisów w Projekcie Umowy § 1 Pkt 4. - wnosimy o zmianę zapisu z:

„Z odbioru przedmiotu Umowy, w ciągu trzech dni roboczych od dnia dostarczenia przedmiotu Umowy, zostanie sporządzony protokół zdawczo-odbiorczy, który będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury VAT. W przypadku dostarczenia przedmiotu umowy niespełniającego wymagań zawartych w OPZ, Zamawiający uprawniony będzie do odmowy podpisania protokołu, a Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia przedmiotu umowy spełniającego określone w OPZ wymagania w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia, w którym Zamawiający poinformuje o brakach”

na:

„Z odbioru przedmiotu Umowy, w dniu dostarczenia przedmiotu Umowy, zostanie sporządzony protokół zdawczo-odbiorczy, który będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury VAT. W przypadku dostarczenia przedmiotu umowy niespełniającego wymagań zawartych w OPZ, Zamawiający uprawniony będzie do odmowy podpisania protokołu, a Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia przedmiotu umowy spełniającego określone w OPZ wymagania w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia, w którym Zamawiający poinformuje o brakach”

#### Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę i dokonuje jej implementacji do Załącznika nr 2 do SWZ.

#### Pytanie nr 2:

Dotyczy: zapisów w Projekcie Umowy § 3 Pkt. 5. - wnosimy o zmianę zapisu z:

„W ramach udzielonej gwarancji - w razie stwierdzenia wady Zamawiający może wedle swego wyboru, który wiąże Wykonawcę, żądać nieodpłatnego usunięcia ujawnionych wad w całości na

koszt Wykonawcy, dostarczenia nowego przedmiotu umowy wolnego od wad albo zwrotu zapłaconego wynagrodzenia (obniżenia wynagrodzenia).”

na:

„W ramach udzielonej gwarancji - w razie stwierdzenia wady Zamawiający może wedle swego wyboru, który wiąże Wykonawcę, żądać nieodpłatnego usunięcia ujawnionych wad w całości na koszt Wykonawcy, w przypadku 3-krotnej awarii/wady/usterki tego samego modułu/podzespołu dostarczenia nowego przedmiotu umowy wolnego od wad albo zwrotu zapłaconego wynagrodzenia (obniżenia wynagrodzenia).”

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę i dokonuje jej implementacji do Załącznika nr 2 do SWZ.

**Pytanie nr 3:**

Dotyczy: zapisów w Projekcie Umowy § 3 Pkt 8.

Czy Zamawiający zgadza się na wydłużenie terminu usunięcia wad do 30 dni roboczych i tym samym zmianę zapisu na następujący:

„Wykonawca zobowiązuje do naprawy i serwisu kamer termowizyjnych w okresie gwarancji. Naprawa serwisowa/wymiana na nowe urządzenie w przypadku braku możliwości jego naprawy nastąpi do 30 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii/usterki, na adres mailowy. Wykonawca zobowiązany jest, bez dodatkowego wynagrodzenia, do odebrania urządzenia pod adresem wskazanym w zgłoszeniu oraz jego dostarczenie po naprawie, pod ten sam adres. Na naprawę usterki/awarii Wykonawca ma maksymalnie 30 dni roboczych od dnia zgłoszenia na wskazany adres mailowy.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę i dokonuje jej implementacji do Załącznika nr 2 do SWZ.

**Pytanie nr 4:**

Dotyczy zapisów w Załącznik nr 1 do SWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

A) Kamera nr 1 – 1 szt. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kamery termowizyjnej, dla której dodatkowy obiektyw będzie posiadał pole widzenia 12°

Proponowana kamera posiada większą matrycę, tj. 384 x 288 pikseli, która wraz z optyką 12° pozwala uzyskać rozdzielczość przestrzenną IFOV = 0,56mrad, która jest znacząco wyższa niż rozdzielczość przestrzenna uzyskana dla kamery z matrycą 320x240 pikseli i obiektywem 14°, tj. 0,75mrad. W związku z powyższym Zamawiający godząc się na optykę 12° (odchylenie od specyfikacji pierwotnej 15%), dla kamery z matrycą 384 x 288 pikseli, otrzyma rozdzielczość geometryczną lepszą niż pierwotnie zakładana.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

**Pytanie nr 5:**

Dotyczy zapisów w Załącznik nr 1 do SWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

D) Oprogramowanie do analizy obrazu z kamer (oprogramowanie musi być jednolite dla wszystkich kamer)

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie oprogramowania do analizy termogramów dostarczonego bezpłatnie wraz z kamerą (możliwa nieograniczona ilość instalacji u Zamawiającego), które obsługuje radiometryczne pliki .jpg, bez .tiff?

Proponowane kamery zapisują radiometryczne termogramy do formatu .jpg, z tego względu obsługa plików .tiff jest zbędna. Ponadto pliki .tiff nie oferują dla operatorów kamer termowizyjnych żadnych zalet w stosunku do plików .jpg które zawierają dane radiometryczne i kompensacyjne. W związku z powyższym Zamawiający godząc się na oprogramowanie obsługujące radiometryczne termogramy .jpg nie traci funkcjonalności przetwarzania termogramów z kamery termograficznej.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie także tego typu oprogramowania.

**Pytanie nr 6:**

Dotyczy zapisów w Załącznik nr 1 do SWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

D) Oprogramowanie do analizy obrazu z kamer (oprogramowanie musi być jednolite dla wszystkich kamer)

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie oprogramowania do analizy termogramów dostarczonego bezpłatnie wraz z kamerą (możliwa nieograniczona ilość instalacji u Zamawiającego), które pozwala na eksport raportów do formatów .pdf lub .odt?

Format .odt jest formatem który można importować do środowiska MS Word a jednocześnie pozwala na przetwarzanie w bezpłatnym pakiecie LibreOffice, dzięki temu jest bardziej uniwersalny. W związku z powyższym Zamawiający godząc się na oprogramowanie pozwalające na eksport do formatu .odt zachowuje pierwotnie zakładaną funkcjonalność.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie także tego typu oprogramowania.

**Podpisali: 1) Mariusz Bednarz – Prezes Zarządu 2) Jolanta Wiśniowska – Wiceprezes Zarządu**

*Przygotował: Piotr Rachwał, DA.*